



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-СЕРВИС" (ООО "СК-СЕРВИС")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ЕЛО/14-07-2025/448684115

Действительно до 13.07.2026

Средство измерений Весы крановые; ВЭК; Весы электронные крановые ВЭК/3-5000; Рег. № 64946-16
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 24062
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе _____
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 68887-17 Гири классов точности E2, F1, F2, M1 Г0-П АУ9 2022 Эталон 4-го разряда

Приказ Росстандарта от 04.07.2022 № 1622 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

измерений массы»; 52768-13 Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1 37225143 2016 Эталон 4-го разряда Приказу Росстандарта от 04.07.2022 г. № 1622; 57501-14 Гири 20 кг класса точности M1 Нет данных 11-60 2015 Эталон 4-го разряда ГПС для СИ массы, утвержденной приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2022г. № 1622; 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг Г0-4-500, Г0-4-500Ц, Г0-4-1000, Г0-4-2000 Г0 01-Г0 20 1978 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022; 30000-05 Гири 2000 M1 E01-E10 2005 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022

при следующих значениях влияющих факторов: температура: +25 °С; атм. давление: 99,54 кПа; отн. влажность: 52 %
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-448684115

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 448684115

Поверитель Мартынов Иван Владиславович
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Мартынов И.В.

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки 14.07.2025

